

茶成分分析計

TEA COMPONENT ANALYSIS

計測結果 Measurement result

計測日 Measurement date	2024/03/04 11:55:34
産物 Material	慣行抹茶 CONVENTIONAL MATCHA 3
品名 Product name	YI-CSM-B3
サンプルID Sample ID	CM3
カテゴリID Category ID	M
分 Moisture	4.05 %
全窒素 Total nitrogen	3.8 %
遊離アミノ酸 Free amino acids	1.2 %
テアニン Theanine	0.5 %
繊維 Fiber	26.4 %
タンニン	13.2 %
カテキン Catechin	13.8 %
カフェイン Caffeine	1.2 %
ビタミンC Vitamin C	0.6 %

慣行抹茶スコア (CONVENTIONAL MATCHA Score) 13 score



UNITED NATIONS
INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION

「弊社の技術（茶成分分析計）は、国際連合工業開発機関（UNIDO）東京投資・技術移転促進事務所（東京事務所）のサステナブル技術普及プラットフォーム（STePP）（URL: http://www.unido.or.jp/en/activities/technology_transfer/technology_db/）に登録されています。」

KAWASAKI KIKO CO., LTD.

Main Office:

810-1 Namerikawa, Dategata, Kakegawa-shi, Shizuoka JAPAN 436-0005

☎ +81-537-27-1791 FAX: +81-537-27-1716

<http://www.kawasaki-kiko.co.jp>